

DG-Art (T/A/S) P	Beamter	Datum	Betriebsgröße				
Praxis:				Gesprochen mit :			
Strasse:							
PLZ/Ort:							
Telefon:					ja	nein	entf.

1 Untersuchung			
1.1 Sind schriftliche Arbeitsanweisungen vorhanden? Für alle häufig vorgenommenen Untersuchungen? Inhalte ausreichend?			
1.2 Erfolgt die Befragung nach bereits durchgeführten relevanten Untersuchungen? Ist dies dokumentiert?			
1.3 Werden Frauen im gebärfähigen Alter nach möglicher Schwangerschaft befragt? Dokumentation des Ergebnisses? Sichpunktartige Überprüfung auf Vollständigkeit!			
1.4 Ist sichergestellt, dass ein fachkundiger Arzt die rechtfertigende Indikation stellt? Wie ist die Situation bei Überweisungen, in Gemeinschaftspraxen, bei Urlaubsvertretung? Dokumentation?			
1.5 Werden die sonstigen Angaben einer Untersuchung ausreichend dokumentiert? Zeitpunkt, Art der Anwendung, untersuchte Körperregion, Strahlenexposition (DFP) bzw. dosisrelevante Parameter (kV, mAs, Filmformat, Filter, Abstand, Schichtkollimation, Durchleuchtungszeit)?			
2 Personal			
2.1 Wer führt Röntgenuntersuchungen technisch durch? Wieviele Personen? Evtl. Namen notieren	X	X	X
2.2 Verfügen alle Röntgenkräfte über die erforderliche Qualifikation im Strahlenschutz? Kenntnisse im Strahlenschutz, MTRA – Ausbildung?			
2.3 Erfolgte die Aktualisierung der Fachkunde und der Kenntnisse? Hinweis auf die Verpflichtung zur Auffrischung			
3 Dosimetrie			
3.1 Wird bei helfenden Personen, die sich im K-Bereich z.B. zur Ruhigstellung von Kindern aufhalten, die Dosis bestimmt. Dokumentation der Messergebnisse?			

	ja	nein	entf.
3.2 Wird für das Personal eine Körperdosismessung durchgeführt, falls sie im Kontrollbereich arbeiten? Für welche Beschäftigte? Maßnahmen bei Jugendlichen und Frauen im gebärfähigen Alter/Schwangere? Durchschnittliche Expositionswerte? Dosisüberschreitungen?			
3.3 Ist das unmittelbar abzulesende Dosimeter funktionsfähig u. geeicht ?			
4 Strahlenschutz			
4.1 Ist Strahlenschutzkleidung für Beschäftigte, Patienten, helfende Personen ausreichend vorhanden? Zustand der Strahlenschutzrüstung? Aufbewahrungsort?			
4.2 Werden Kinderfilter bei Untersuchungen am Körperstamm von Kindern bis zum Alter von 12 Jahren verwendet?			
4.3 Ist eine notwendige DFP-Anzeige vorhanden? (Untersuchungen u.a am Körperstamm von Kindern, Angiographie, Interventionen, Durchleuchtung des Gastrointestinaltraktes)			
4.4 Wird den Patienten aktiv und kostenlos ein Röntgenpass angeboten ?			
5 Unterweisung			
5.1 Ist die Unterweisung derjenigen, denen der Zutritt zum Kontrollbereich gestattet ist bzw. die Röntgenstrahlung – auch außerhalb des Kontrollbereichs - anwenden, vollständig durchgeführt? Erfolgte die Dokumentation der Unterweisungen? Inhalt, Zeitpunkt, Unterschriften?			
6 Qualitätssicherung			
6.1 Sind die Maßnahmen zur Qualitätssicherung auf aktuellem Stand? - Monatliche / 3-monatliche Konstanzprüfung der Röntgenanlage? - <u>Analog</u> : Täglich Filmverarbeitung? Jährlich Dunkelkammer? 5-jährig Filmbetrachtungsgeräte, Kassettenanpressdruck und Verstärkungsfaktor? Filmlagerung? Verfallsdatum? - <u>Digital</u> : Befundungsmonitor täglich Grauwertwiedergabe, 3-monatlich auf Schleierleuchtdichte, Kontrastauflösung, Bildgeometrie, Zellenstruktur, Artefakte und Bildinstabilitäten?			
6.2 Ist die ergänzende Abnahmeprüfung bei Befundungsmonitoren, die vor dem 20.11.2003 in Betrieb gegangen sind, durchgeführt? Prüfung nach DIN 6868-57, Ausführungsfrist 31.12.2005			
6.3 Sind die von der Ärztlichen Stelle aufgezeigten Mängel in der Qualitätssicherung behoben? Bericht der letzten Prüfung?			